

Số: 765/TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá theo Thông tư
14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023.

Rạch Giá, ngày 10 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung Tâm Y tế Thành Phố Rạch Giá có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm test nhanh chẩn đoán và vật tư y tế năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ TP RẠCH GIÁ

Địa chỉ: 02 Âu Cơ – phường Vĩnh Lạc – TP Rạch Giá – Tỉnh Kiên Giang

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Lê Đào Thủy Tiên

Chức vụ: Nhân viên Khoa dược

Số điện thoại: 0359 022 562

Địa chỉ email: khoaduoc.ttytrachgia@yahoo.com.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế Thành phố Rạch Giá

Số 02 Âu Cơ - phường Vĩnh Lạc - TP Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 19 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục test nhanh chẩn đoán và vật tư y tế (Đính kèm phụ lục).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế Thành phố Rạch Giá, số 02 Âu Cơ - phường Vĩnh Lạc - TP Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 9/2023

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, Trung tâm Y tế Thành phố Rạch Giá sẽ thanh toán theo từng đợt nhận hàng cho nhà thầu khi nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán kèm theo.

5. Các thông tin khác (nếu có).

Trung tâm Y tế Thành phố Rạch Giá kính mời Quý Công ty quan tâm gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./. *rz*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC




Nguyễn Văn Quý

DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ TEST NHANH CHẨN ĐOÁN VÀ VTYT

(Kèm theo Công văn số: 765 /TTYT-KD ngày 10/8/2023 của Trung tâm Y tế TP Rạch Giá)

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Test nhanh chẩn đoán HAV IgM (Card)	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan A. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần Độ nhạy: 90,6%. Độ đặc hiệu: 97,6%	Test	200
2	Test nhanh chẩn đoán HBsAg	Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9%	Test	150
3	Test nhanh chẩn đoán HCV	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,2%	Test	100
4	Test thử Morphin/Heroin	Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphin-Heroin-Opiates trong nước tiểu Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6%	Test	1.500
5	Test nhanh chẩn đoán HIV	Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh, Huyết tương, Máu toàn phần	Test	200
6	Tube Heparin	Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu đen. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu.	Tube	1.000
7	Tube Chimigly (Glucose)	Ống nghiệm nhựa kích thước 13 x 75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp nhựa màu xám. Hóa chất bên trong là chất kháng đông Sodium Flouride và EDTA K2 cho 2ml máu.	Tube	1.000
8	Ống nghiệm nhỏ PS 5ml có nắp	Ống nghiệm nhựa PS trong suốt, kích thước 12 x 75mm, có nắp,	Tube	3.000
9	Bơm tiêm 5 ml	Bơm tiêm nhựa nền kim 5 ml, cơ kim 23G, 25G. Đạt tiêu chuẩn TCVN 5903:1995, ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 và CE hoặc tương đương	cây	3.000
10	Đầu col xanh	Làm từ nhựa PP chánh phẩm , màu vàng Thể tích 20-200μl. Tiêu chuẩn: ISO 13485	cái	1.000



STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
11	Que thử nước tiểu 11 thông số	Định tính 11 thông số nước tiểu	que	200
12	Bông y tế thấm nước	Sản xuất từ nguyên liệu bông xơ thiên nhiên 100% cotton. Bông trắng, không mùi, mềm mịn, dai, không bị tơ và có độ thấm hút rất cao, không lẫn tạp chất. Không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≤ 5 giây. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; Hàm lượng chất béo: Không vượt quá 0.5%. Các chất tan trong nước: $\leq 0,5\%$; Độ ẩm: $\leq 8\%$; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	kg	30
13	Phim XQ 30*40	Kích thước: 30cm x 40cm - Thành phần cấu tạo: Polyethylene Terephthalate (PET): 85-95%; Gelatine: 1-10%; Silver Halides: 1-10%; Additives: 1-10%; Bao gói: màng nhôm. Yêu cầu có giấy phép bán hàng thuộc bản quyền nhà sản xuất	tấm	500
14	Thuốc rửa phim X quang (Develop+Fixer)	Thuốc hiện hình (develop); Thuốc định hình (Fixer)	bộ	5
15	Giấy y tế	Dai, mềm, mịn, thấm hút tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	kg	10
16	Giấy in siêu âm Sony	UPP 110S. Đóng gói 5 cuộn/ hộp, kích thước: 110 mm x 20m	cuộn	5
17	Băng keo lụa: 1.25cm x 5m	Băng keo lụa phẫu thuật để cố định và bảo vệ các thiết bị y tế, kích thước 1.25 cm x 5 - 6m. hất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su, lực dính cao, liên kết mạnh. Đạt Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE (hoặc tương đương)	cuộn	72
18	Băng cuộn 9cm x 2,5m	Gạc cotton màu trắng có kích thước chiều dài: 2,5m + 0,2m, chiều rộng 9cm + 0,4cm. Mật độ sợi: 11- 10 sợi/ cm ² . Thời gian chìm trong nước không quá 10 giây. Mất khối lượng do sấy khô: < 8,5% TCCL: ISO 13485	cuộn	200
19	Nhiệt kế, âm kế tự ghi		cái	12
20	Huyết áp người lớn	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	5

STT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
21	Huyết áp nhi	Máy đo huyết áp cơ với vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao. Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. Đồng hồ áp lực hiển thị áp xuất chuẩn (không bị lệch điểm không). Tai nghe có độ khuếch đại lớn Đạt tiêu chuẩn ISO 13486	cái	2
22	Ống nghe	Ống nghe huyết áp Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	cái	2

